

ASTM 発火点測定器

◆仕様

メーカー・形式	ADVANTEC 電気炉(FUC050FB)
準拠規格	ASTM E-659
測定範囲	室温～900°C(500°C超の試験については要相談)

◆特徴

消防法危険物の発火点測定試験(第4類)および ASTM 発火点試験(固体 or 液体)が実施可能です。

※500°C以上の発火点測定については専用フラスコを使用するため、別途フラスコ代と追加の試験費用が発生します。

【ASTM 発火点測定器】

